

传感器开发工具包

超低功耗传感器模块，带印刷传感器

小型超低功耗传感器模块(ULPSM) 生成与气体浓度成比例的线性电压输出。这个模块把SPEC Sensors的新型超薄电化学传感器技术和超低功耗的模拟稳压电路结合起来。



印刷传感器特性:

- 亚毫米级的超薄电化学传感器技术
- 低成本，高性能
- 可用于各种不同的目标气体
- 其他的传感器和配置可供选择，请联系我们，以讨论应用事宜。

目标气体	最大范围
一氧化碳 - CO	1000 ppm
硫化氢 - H2S	50 ppm
二氧化氮 - NO2	20 ppm
臭氧 - O3	20 ppm
二氧化硫 - SO2	20 ppm
乙醇 - CH6O	1000 ppm

ULPSM特性:

- 超低功耗
- 小型气体传感器和模拟前端
- 低成本，易替换
- 标准的8引脚连接器，轻松集成
- 在板上的温度传感器
- 传感器接头允许更换传感器



*所有尺寸都以英寸为单位

评估板特性:

- 插头与建议布局相适配，适用于用户实施的方案
- 螺丝端子方便连接到外电路和测量设备。
- 跳线可选择的电源选项:
 - CR2032 扣式电池(内含)。
 - 外部电源: 未经调节, 未装保险丝—不要超过 3.3 V输入。
 - 外部电源: 3.0 V, 经调节—不要超过18 V 输入。
- 用于Vref 和Vtemp的单位增益缓冲器
- 绝缘橡胶垫脚



深圳市新世联科技有限公司

ULPSM设备连接:

通过内孔插座连接器来完成 ULPSM的电气连接 (Sullins Connector Solutions P/N: PPPC041LGBN-RC; 推荐用于主机板的配件: P/N: PBC08SBAN)。这个连接器在板的一端，提供机械刚性。位于板的另一端的通孔或螺纹间隙（选项-C）提供附加的机械连接。

引脚 #	ULPSM 功能
1	Vgas
2	Vref*
3	Vtemp
4	(SDA)*
5	(SCL)*
6	GND
7	(Vreg)*
8	V+

*可选



Vgas: 电压信号输出，在整个规定的范围内都与目标气体浓度成比例。有关更多详细信息，请参考**计算气体浓度**。

Vref: 电压信号输出，作为**Vgas**的测量参比。它们（**Vgas - Vre**）之间的差不受输入电压（**V+**）的影响。有关更多详细信息，请参考**计算气体浓度**。

Vtemp: 电压信号输出，与温度成比例。有关更多详细信息，请参考**计算温度**。

SDA: 可选的EEPROM I2C数据线

SCL: 可选的 EEPROM I2C时钟线

GND: 电源和信号的通用接地

Vreg: 可选的稳压器输出电压。当不包括此选项时， **Vreg = V+**。

V+: 输入电压

注释: **Vref**和**Vtemp**是高阻抗输出。这些引脚和测量装置（包括伏特计和模拟-数字转换器）之间应该采用单位增益缓冲器。评估板包括用于这些输出的单位增益缓冲器。

深圳市新世联科技有限公司

已校气体传感器:

在 SPEC Sensors工厂已测试和校准好所有的气体传感器。传感器包括一个标签，上面印有字母-数字编码和二维条形码。下表给出这些编码所包含的信息。

	Unique Serial Number	Sensor Part Number	Target Gas	Date Code (YY/MM)	Sensitivity Code (nA/ppm)
字母-数字编码:	110201 CO 1501 5.57				
二维码:	010715010101 110201 CO 1501 5.57				

计算气体浓度:

用于 ULPSM 的传感器在工厂已校准好。 目标气体浓度按以下方式计算:

$$Cx = \frac{1}{M} \cdot (V_{gas} - V_{ref} - V_{offset}),$$

Cx 是气体浓度 (ppm), V_{gas} 是电压输出气体信号 (V), V_{ref} 是电压输出参比信号(V), V_{offset} 是电压偏移系数, M 是传感器校准系数 (V/ppm)。 M 的值按以下方式计算:

$$M (V/ppm) = Sensitivity Code (nA/ppm) \times TIA Gain (kV/A) \times 10^{-9} (A/nA) \times 10^3 (V/kV),$$

在传感器标签上已提供了 **灵敏度编码**, 而 **TIA增益**是ULPSM电路的转阻放大器(TIA)增益。右表列出了标准的增益配置。

现场测量 V_{ref} 补偿电池或电源电压的变化, 最大限度地降低对 Cx 的影响。差分放大器或仪表放大器可以用于从 V_{gas} 中减去 V_{ref} 。或者, 直接测量 V_{ref} 时, 往往使用单位增益缓冲器。可以利用一个标称值来代替测量 V_{ref} 。

目标气体	TIA增益 (kV/A)
CO	100
H2S	49.9
NO2	499
SO2	100
O3	499
CH6O	249

传感器一旦通电, 允许其在空气洁净的环境中达到稳定状态 (不存在分析物气体), V_{gas} 值名义上等于 V_{ref} 。 V_{offset} 是由正常的传感器背景电流和电路背景电压引起的小偏移电压。对于大部分的应用来说, $V_{offset} = 0$ 是适当的近似值。为了获得精度更高的测量值, 在空气洁净的环境中, 必须利用最终配置中的电路量化 V_{offset} 。

计算温度补偿气体浓度:

一阶温度补偿按以下方式进行:

$$Mc = M \cdot (1 + Tc \cdot (T - 20)),$$

C_{xc} 是温度补偿气体浓度(ppm), Mc 是温度补偿传感器校准系数, M 是传感器校准系数, Tc 是量程温度系数, 并且 T 是实测温度($^{\circ}C$)。U盘中的SDK系统数据表提供校正系数 Tc 或者可以通过特殊的传感器数据表中提供的曲线计算出来。

计算温度:

在 $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ 的范围内, 温度 ($^{\circ}C$, $\pm 3^{\circ}C$) 按以下理论关系式计算:

$$T = \left(87.0 / V_{+}\right) \cdot V_{temp} - 18.0. \quad V_{ef} - V_{offset},$$